

Sehr geehrte Frau Kollegin!
Sehr geehrter Herr Kollege!

Wien, 2.12.2020

WICHTIGE INFORMATION zur Ausgabe von Schutzausrüstung

1. Fehlerhafte FFP2-Masken

Es sind, wie erst jetzt bekannt wurde, von Seiten des Bundes auch an die Landeszahnärztekammer für Wien FFP2 (KN95)-Masken, der bereits in den Medien publizierten fraglichen defekten Chargen ausgeliefert und in unserer Ausgabestelle verteilt worden. Dies ist weder Schuld der Wiener Rettung als unser unmittelbarer Zulieferer, noch des Verteilungssystems der Landeszahnärztekammer für Wien, da sich beide Stellen auf die Lieferpapiere verlassen müssen.

Diese fraglich unzureichenden Masken werden derzeit noch immer vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen überprüft. Erste noch nicht gesicherte Resultate liegen vor:

Jene Masken des abgebildeten Fabrikates mit der Endnummer XXxxxxx40 haben bis jetzt in den Stichproben bestanden (Filtern 95%), siehe Abbildung 1.

XXxxxxx45 haben in den Stichproben zu ca. 2/3 bestanden (Filtern 95%), siehe Abbildungen 2 und 3! 1/3 hat nur Filterwerte zwischen 70% und 93% erreicht.

Der Filterwert ist zwar deutlich höher als bei MNS-Masken, aber diese Masken erfüllen nicht den vorgegebenen Sicherheitsstandard von FFP2-Masken.

Die betroffenen Chargen daher bis auf Weiteres nicht als FFP2-Masken verwenden! (ggf. nur als MNS-Masken verwenden).

Die Masken NICHT vernichten, sondern vorübergehend aussondern bis ein definitives Prüfergebnis vorliegt (Wir werden Sie informieren!).

2. Ausgabestelle Arsenalstraße

Die Ausgabestelle erfreute sich in den letzten zwei Wochen einer bis dato nicht dagewesenen Beliebtheit. Dies führte zu einem kaum mehr zu bewältigenden Ansturm und äußerst unerfreulichen Wartezeiten. Menschenansammlungen in jeglicher Form sind aber gerade jetzt wegen der derzeitigen gesetzlichen Auflagen (Lockdown) höchst problematisch. Das derzeitige seit Juni laufende Ausgabesystem war niemals für einen Winterbetrieb konzipiert. Dies betrifft sowohl die Lagerung als auch die Ausgabelogistik.

Die Wiener Rettung hat uns nun mitgeteilt, dass uns der Standort nur noch bis Weihnachten zur Verfügung steht. **Letzter Ausgabetag am Standort Arsenalstraße ist daher**

Freitag, der 11.12.2020.

Wir verstärken an den beiden letzten Ausgabtagen Freitag, 4.12.2020 und Freitag, 11.12.2020 unser Ausgabeteam, um die Wartezeiten, soweit als möglich, erträglich zu halten,

bitten aber die Wartenden um höchste Disziplin (Maskentragepflicht auch im Freien, 2 Meter Abstand halten).

Leider wird aus logistischen Gründen voraussichtlich keine Ausgabe von Desinfektionsmitteln im Dezember mehr möglich sein. (Es wurden uns trotz eindringlicher Darstellung der Problematik von der Beschaffungsstelle Desinfektionsmittel in Kanistern geliefert und nur ein kleiner Teil der geforderten Leergebinde zur Verfügung gestellt. Als zusätzliche Erschwernis wurde das Händedesinfektionsmittel als Gel geliefert, dessen Abfüllung extrem zeitraubend ist.)

Wir möchten uns an dieser Stelle auch für das große Verständnis für die eine oder andere Schwierigkeit bedanken, welches Sie, mit wenigen bedauerlichen Ausnahmen, unserem Team und der Aktionsorganisation entgegengebracht haben.

Wir arbeiten selbstverständlich bereits mit Hochdruck am „neuen Verteilungssystem“, das die ÖGK als Organisator dazu verpflichtet, uns Schutzausrüstung zur Verteilung zu liefern. Wir haben im Frühjahr leider negative Erfahrungen mit der ÖGK als Lieferanten gemacht. Tatsächlich gibt es aber positive Anzeichen, dass es diesmal besser funktionieren könnte.

Voraussichtlich wird es ab Jänner Monatskontingente geben (= 4 Wochen-Bedarf in einer Lieferung). Mit hoher Wahrscheinlichkeit können wir die Schutzausrüstung diesmal zustellen lassen. Aufgrund bis dato noch fehlender Informationen seitens der Behörden können wir dazu derzeit aber noch keine verbindlichen Aussagen machen.

Bitte beachten Sie die weiteren Informationen zu diesem Thema via Rundschreiben und auf der Homepage der Landes Zahnärztekammer für Wien. Wir halten Sie weiterhin lückenlos am Laufenden.

Mit vorzüglicher kollegialer Hochachtung

MR Dr. F. Hastermann
Referent für betriebstechnische Auflagen und Qualitätssicherung

MR DDr. C. Ratschew
Präsident

合格证

超声波复合 气密性好
ultrason welding
good air tightness

名称：自吸过滤式防颗粒呼吸器

型号：SCM-01

规格：150mmX104mm

材质：60%无纺布+40%熔喷布

标准：GB 2626-2006

规格：5个/袋

日期：见包装

批号：SC20201040

保质期：24个月

等级：合格品


生产商：双驰实业股份有限公司

地址：福建省莆田市荔城区拱辰办事处下店

检验员：03

适用范围：适用于防护各类颗粒物

O.K.



Defekt:

